Needle-free
Mesotherapy Equipment
MesoMaster

Руководство пользователя

Принцип работы

Принцип работы прибора F-02D это электропорация или электроосмос. В основе работы аппарата находятся принципы электропорации и электроосмоса (безыгольчатой мезотерапии), без инъекций. Процедуры на аппарате безыгольной мезотерапии легко открывают аквапорины (AQP), способствуют транспортировке питательных веществ в кожу, поэтому могут применяться для лечения всех видов кожных заболеваний. Сыворотка быстро и эффективно поглощается, содействуя метаболизму кожи, сохраняя ее упругой и эластичной.

Основные функции

- Отбеливание кожи.
- Удаление морщин
- Лечение акне
- Введение в кожу лечебных препаратов для решения различных эстетических проблем

Внешний вид аппарата





Инструкция

1.Очистите кожу от загрязнений.

2.Подключите питание аппарата.

3. Включите аппарат. Выберите режим работы: «A» режим предназначен для коррекции фигуры и обработки больших поверхностей. Режим «B» предназначен для обработки рук. «C» шея, декольте. «D» - лицо, «E» - глаза. Для обработки губ используется режим «E» на самых минимальных импульсах. Режим «F» влючает зонд охлаждения для завершения процедуры по электропорации.

4.Положите контактную пробу на живот пациента или в руку (малую пробу). Выберите нужный режим и проведите процедуру в соответствии с протоколом.

Запрещается!

1. Проводить процедуру на поврежденной коже.
2. Больным эпилепсией.
3. Заболевания сердца и кардиостимуляторы.
4. Онкология.
5. Инфекционные заболевания в период обострения.
6. Беременные.
7. Сахарный диабет.
8. Металлические импланты в организме.

Комплектация

комплектация	Шт.
Отрицательный электрод (бол)	1
Проба для лица	1
Проба для глаз	1
Отрицательная проба (мал)	1
Охлаждающая проба	1
Провод питания	1
инструкция	1S